



INVITACION A COTIZAR

No.

18-2021

Fecha:

16/04/2021

PROVEEDORES

Muy atentamente lo invitamos a cotizar, en el menor tiempo posible, los artículos que especificamos a continuación.
Rogamos utilizar este formulario para indicar sus precios y marcas.

Subgerente de Suministros Materiales y Compras

No.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	UND	18	MONITOR SPOT CHECK (Ver especificaciones técnicas adjuntas)		
			favor indicar lo siguiente:		
			Marca		
			Modelo		
			Garantía		
			País de Origen		
			Tiempo de entrega solicitado: 15 días		
			Si paga o no el 15% de I.S.V.		
			Se adjunta especificaciones solicitadas		
			Se adjuntan características técnicas		
			Compra Directa de Equipo Médico, solicitada mediante memorando No.1287-RSAS-IHSS de fecha 15 de marzo del año 2021, en el cual la Dra. Bessy Alvarado Gerente del régimen de seguridad de atención de la salud, solicita se inicie el proceso de compra directa para el plan estratégico institucional frente a la amenaza de epidemia de Coronavirus.		
			Aprobada y autorizada por la Comisión Interventora del IHSS, mediante Resolución CI-IHSS-RSAS No. 474/08-02-2021.		
			Autorizada su compra por el Licenciado Edwin Orlando Medina Gerente Administrativo y Financiero del IHSS mediante memorando No.3292-GAYF-2021 de fecha 12 de abril del año 2021.		
			Presentar esta cotización a más tardar el día 23 de abril del 2021, hasta las 04:00 pm en sobre sellado y dirigido a la Subgerencia de Compras, indicando el número de cotización antes descrito.		
			Distribución: Almacén Central del IHSS		



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
Tegucigalpa, F.M., Honduras C.A.

INVITACION A COTIZAR

No.

18-2021

Fecha:

16/04/2021

PROVEEDORES

Muy atentamente lo invitamos a cotizar, en el menor tiempo posible, los artículos que especificamos a continuación.
Rogamos utilizar este formulario para indicar sus precios y marcas.

Subgerente de Suministros Materiales y Compras

No.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
			<ol style="list-style-type: none">1. Fotocopia de la Escritura pública de constitución de Sociedad o Declaración de Comerciante Individual, y sus reformas debidamente autenticadas.2. Poder autenticado del Representante Legal en caso de no estar contemplado en el documento plasmado en el numeral 1.3. Inscripción en la cámara de Comercio de su Localidad.4. Declaración Jurada en papel bond base 20 de los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado, debidamente Autenticados.5. Ficha tecnica y/o muestra de los productos que contienen el kit.6. Fotocopia de la Identidad del Representante Legal.7. Garantía de Mantenimiento de Oferta por un valor equivalente al 2% del valor de la oferta con una vigencia mínima de 90 días contados a partir de la fecha de presentación de la oferta.8. Estar inscritos como patronos en el IHSS.		

COMPRA DIRECTA #

Partida
 Descripción
 Marca
 Modelo

**1
 Monitor Spot Check**

Oferente	Cantidad	Especificaciones solicitadas	Especificaciones Ofrecidas
	18	Monitor de signos vitales tipo Spot Check con posibilidad de monitoreo continuo	
		Medición de saturación de oxígeno (SpO2)	
		Medición de temperatura	
		Medición de pulso	
		Completamente digital y controlado por microprocesador.	
		Con pantalla a color LCD o TFT mayor a 7 pulgadas.	
		Debe mostrar datos audibles y visibles de la frecuencia cardiaca (bpm).	
		Con capacidad para fijar las alarma de la frecuencia cardiaca de acuerdo al paciente.	
		Capacidad de medición: entre 15 y 300 bpm, minimo.	
		Presión no invasiva (NIBP)	
		Presión de sangre no invasiva NIBP: 1. Presión sistólica. 2. Presión diastólica. 3. Presión promedio.	
		Funcionamiento manual o automático.	
		Unidades de medición de presión mmHg y KPa.	
		Debe mostrar los datos en tabla y forma grafica de los parámetros de NIBP.	
		Con capacidad de medición en adultos y pediátrico	

COMPRA DIRECTA #

Partida
 Descripción
 Marca
 Modelo

1
Monitor Spot Check

Rangos de medición: 1. Sistólica: entre 40 y 270 mmHg. 2. Diastólica: entre 10 y 210 mmHg. 3. Media: entre 30 y 230 mmHg.	
Saturación de oxígeno (SpO ₂).	
Rango de medición de SpO ₂ de 1 a 100%	
Precisión de frecuencia cardiaca ± 1 lpm como mínimo.	
Con capacidad para fijar la alarma de SpO ₂ mínima y máxima.	
Alarma de SpO ₂ mínima y máxima.	
Con capacidad de medición en adulto, pediátrico, neonatal	
Con capacidad de medición exacta en condiciones anómalas, como ser movimientos indeseados, cambios de temperatura corporal, iluminación exterior u otros.	
Medición de temperatura de contacto (no invasivo) ya sea de piel u oreja	
Rango de medición de 0 a 45 °C o rango mayor	
Precisión de ± 0.1 °C.	
Debe contar con fundas protectoras para las sondas de temperatura, cajas extras	
Alarma de temperatura mínima y máxima.	
Parámetros respiratorios	
Debe medir la frecuencia respiratoria.	
Debe mostrar la curva respiratoria.	
Alarmas para frecuencia respiratoria mínima y máxima.	
Con sistema de respaldo de baterías en caso de fallo de energía eléctrica de la red.	
Funcionamiento en batería, uso portable.	
El tiempo de autonomía de las baterías será de 8 a 10 horas.	
Baterías recargables y reusables de Litio o equivalente.	

COMPRA DIRECTA #

Partida
 Descripción
 Marca
 Modelo

1

Monitor Spot Check

	Con sistema automático de carga de baterías.	
	1 cables extensor SpO2 repuesto reutilizables para adulto	
	2 sensores SpO2 repuesto reutilizables para adulto	
	1 sensor SpO2 repuesto reutilizable pediátrico	
	1 Brazaletes reutilizables de NIBP (Tamaño S)	
	2 brazaletes reutilizables de NIBP (Tamaño M)	
	1 brazaletes reutilizables de NIBP (Tamaño L)	
	1 brazaletes reutilizables de NIBP (Tamaño XL)	
	Equipo portable con espacio para guardar los accesorios	
	Equipo debe contar con maletín de transporte	
	Diseño ergonómico, estético, portátil.	
	Debe estar construido de material que soporte agentes desinfectantes.	
	El software debe ser en español.	
	CARRO DE TRANSPORTE de fácil montaje y desmontaje	
	Con capacidad de almacenamiento en memoria de registros de pacientes.	
	Voltaje: 120 VAC; 60 Hz, monofásico.	
	Incluir capacitaciones a personal técnico y usuarios	
	Garantía del Equipo: 2 años de garantía de fábrica (incluye Mantenimiento Preventivo trimestral y Mantenimiento Correctivo)	
	Se deberán entregar manual de usuario	
	Certificado de calibraciones de fábrica	
	Lista de procedimientos de calibración de usuario	
	Lista de procedimientos de mantenimiento de rutina	
	Manual técnico	
	Procedimientos avanzados de mantenimiento	

LISTA DE NECESIDAD

PARTIDA	NOMBRE DEL EQUIPO	CANTIDAD REQUERIDA	Distribucion
1	Monitor Spot Check	18	Almacen Central

CARACTERISTICAS TECNICAS

No.	Equipo	Tiempo de entrega	Lugar de Entrega	Tiempo de Garantia	Instalacion	Mantenimiento preventivo
1	Monitor Spot Check	15 dias	Almacen Central	Dos años	Obligatoria	Protocolo de fabrica