



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



Oficio No.431-DE-IHSS-2026

Tegucigalpa M.D.C.
12 de agosto de 2026

Señores
POSIBLES OFERENTES
Su Oficina



Asunto: **CONTRATACION DIRECTA 031-2026**
ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO
PARA EL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD
SOCIAL (IHSS).



Estimados posibles oferentes:

En relación al proceso de **CONTRATACION DIRECTA 031-2026 ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PARA EL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)** se hace de su conocimiento las siguientes aclaraciones:

1. **Consulta:** Registro Sanitario: Favor confirmar si el instrumental odontológico solicitado dentro del presente proceso requiere contar con Registro Sanitario vigente para su participación o si existe algún documento equivalente aceptado por la institución.

Respuesta: en los requisitos técnicos a presentar en el ítem 2 lo que se solicita es: "Presentar autorización emitida por el fabricante o casa matriz que acredite al oferente como distribuidor, representante autorizado o comercializador del instrumental odontológico ofertado, en caso de ser emitida en idioma distinto al español, deberá acompañarse de la traducción correspondiente".



2. **Consulta:** Acabado de superficie mate: En las especificaciones técnicas se hace referencia a una "superficie mate". Agradeceremos nos indiquen con mayor detalle las características requeridas para este acabado.

Respuesta: Acabado mate, satinado o antirreflejante, significa que la superficie del metal ha sido tratada desde la fabricación del instrumento para tener un aspecto opaco y sin brillo, en lugar de un acabado de espejo o brillante.

Atentamente,

Abog. Víctor Antonio Martínez Cáceres
Director Ejecutivo
Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)

Expediente 031-2018



www.ihss.hn



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
★ ★ ★ ★ ★



Oficio No.431-DE-IHSS-2026

Tegucigalpa M.D.C.
12 de agosto de 2026

Señores
POSIBLES OFERENTES
Su Oficina

**Asunto: CONTRATACION DIRECTA 031-2026
ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO
PARA EL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD
SOCIAL (IHSS).**

Estimados posibles oferentes:

En relación al proceso de **CONTRATACION DIRECTA 031-2026 ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PARA EL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)** se hace de su conocimiento las siguientes aclaraciones:

1. **Consulta:** Registro Sanitario: Favor confirmar si el instrumental odontológico solicitado dentro del presente proceso requiere contar con Registro Sanitario vigente para su participación o si existe algún documento equivalente aceptado por la institución.

Respuesta: en los requisitos técnicos a presentar en el ítem 2 lo que se solicita es: "Presentar autorización emitida por el fabricante o casa matriz que acredite al oferente como distribuidor, representante autorizado o comercializador del instrumental odontológico ofertado, en caso de ser emitida en idioma distinto al español, deberá acompañarse de la traducción correspondiente".

2. **Consulta:** Acabado de superficie mate: En las especificaciones técnicas se hace referencia a una "superficie mate". Agradeceremos nos indiquen con mayor detalle las características requeridas para este acabado.

Respuesta: Acabado mate, satinado o antirreflejante, significa que la superficie del metal ha sido tratada desde la fabricación del instrumento para tener un aspecto opaco y sin brillo, en lugar de un acabado de espejo o brillante.

Atentamente,



Abog. Víctor Antonio Martínez Cáceres
Director Ejecutivo
Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)

➤ Expediente 031-2018

Martín Joffe
13-08-2026

