



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

*SEPTIEMBRE 2017*  
*8/9/17 3:33 PM*

OFICIO No.432-2017-DEI-IHSS

Tegucigalpa, M.D.C.

viernes, 08 de septiembre de 2017

Señores  
Participantes  
Presente.



*11:54 am*

Referencia: "LICITACION PRIVADA 014-2017 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA SALA DE ESTERILIZACION DEL HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS).

Estimados Señores;

Por este medio y en cumplimiento a lo establecido en las bases de Licitación de la referencia, en la cláusula IO-10 ACLARACIONES, se remite de manera oficial la respuesta a las aclaraciones y observaciones realizadas al documento base, las mismas se describen textualmente como se reciben:

**Pregunta 1:**

Se necesita saber la carga en Amperios con la que cuenta el Hospital del Norte (HRN) para la instalación de todos los equipos nuevos y en Orquídea Blanca para el esterilizador Tuttnauer.

**Repuesta 1:** La potencia instalada en el HRN es de 35 KW por equipo, en el caso de orquídea Blanca la instalación la hará personal del IHSS, incluyendo las conexiones eléctricas.

**Pregunta 2**



Solicitamos se nos indique si el HRN cuenta con resultados de exámenes físico-química, esto con el fin de verificar que tipo de planta de ósmosis debemos ofertar.

**Repuesta 2**

Se les indica en las especificaciones técnicas donde se enumeran las características del agua osmosada que requiere el IHSS, por lo que se les pide apegarse a lo solicitado en la Base de Licitación.



*Jorge Sierra*  
*08/09/17 8:55 AM*



LP 008-2017



*08-09-2017 11:34 AM*





**Pregunta 3:** En visita de campo se nos informó que el proveedor adjudicado debería desinstalar, transportar e instalar el equipo de esterilización en Orquídea Blanca, transporte y reinstalación no está plasmado en las bases de licitación y creemos que debe ser responsabilidad del IHSS en vista que el equipo está en buen estado y si se llegara a movilizar y surge algún accidente o imprevisto esto traería consecuencias con la instalación, para evitar daños y perjuicios posteriores sugerimos que esta tarea sea realizada por el IHSS con su personal de departamento técnico.

**Repuesta 3**

Se les indica que efectivamente esta labor será realizada por personal técnico del IHSS, y el oferente adjudicado únicamente hará la desinstalación de los equipos.

**Pregunta 4**

Solicitamos también se pueda agregar certificados norteamericanos como ser ASME y AMI.

**Repuesta 4**

Se debe apegar a lo estipulado en el Documento Base de Licitación.

**Pregunta 5**

Solicitamos se agregue mediante enmienda la cantidad mensual o anual de insumos y/o consumibles y sus especificaciones para la lavadora y esterilizadores.

**Repuesta 5**

La respuesta a esta interrogante se remitió mediante oficio 339 de fecha 24 de agosto de 2017, y oficio 393 del 1 de septiembre de 2017.

**Pregunta 6:**

Por favor detallar el tipo a lavar en la lavadora de instrumentos.

**Repuesta 6:** Favor remitirse a la Base de Licitación, en donde esta plenamente detallado el tipo de material a lavar.



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

### Pregunta 7

Debido a la gran capacidad de carga de la lavadora de instrumentos que están solicitando muy respetuosamente solicitamos se analice el volumen quirúrgico y la necesidad real de la capacidad de carga en litros de la misma.

Opción 1: Solicitar una lavadora de menor capacidad que oscile entre 250 – 350 L, la cual presenta una ventaja operativa y de costos para el IHSS

Opción 2: Se permita presentar dos lavadoras de instrumentos que en su total sumen la misma cantidad requerida por el IHSS.

Opción 3: Ampliar el rango de capacidad de la lavadora de instrumentos de 250 – 450 L

Según nuestro fabricante una lavadora de 450L es muy grande, ya que la mayor o parte de los hospitales grandes en Estados Unidos utilizan una lavadora de 290 L a 350 L, ya que entre más grande la capacidad de estas se incurren en un mayor consumo de energía y consumible.

### Repuesta 7:

Se acepta sugerencia y la capacidad de la lavadora que requiere el IHSS es entre 200 y 250 litros, se hará enmienda respectiva.

### Pregunta 8

Debido a la complejidad de este proyecto solicitamos una prórroga en la presentación de las ofertas y las respuestas a las preguntas formuladas ya que de esto dependerá estructurar una buena oferta.

### Repuesta 8

Se hizo ampliación para presentación de ofertas el día miércoles 13 de Septiembre de 2017. Misma hora y lugar.

Favor tomar en consideración lo antes descrito, ya que toda aclaración al documento base, pasa a formar parte integral del mismo.

Atentamente,

  
  
**Dr. Richard Zablah**  
Director Ejecutivo del IHSS

Expediente LPN 014-2017  
RZ/