



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
 POR: *Saul Ortega*
 HORA: 12:22 pm
 FECHA: 14-11-17
 TEL.: 2288-8022



Oficio N° 613-2017-DE-IHSS

martes, 14 de Noviembre de 2017

Atención:
 Posibles Licitantes
 Presente.

Susana
 14-11-17
 CENTRO AMERICA
 HONDURAS

Bejina
 seljina
 iwai
 HONDURAS S.A.

14-11-17
 12:32
 TEGUCIGALPA, HONDURAS

Ref. LICITACION PRIVADA 029-2017 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS MÉDICOS PARA LA NUEVA SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS Y HEMODINAMIA DEL HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE DE SAN PEDRO SULA DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS).

Estimados Señores;

Por este medio y en cumplimiento a lo establecido en las bases de Licitacion de la referencia, en la clausula 7.1 Aclaración de los Documentos de Licitación, se remite de manera oficial la respuesta a las aclaraciones y observaciones realizadas al documento base.

Banco Velasco
 14/11/17
 10:11 am

1. Extensión tiempo de entrega de los equipos.

Favor indicar si pueden conceder extensión de tiempo de entrega a 120 días considerando que se aproximan feriados por fechas festivas y los procesos de tránsito se vuelven lentos.

R. Se extiende el tiempo de entrega siendo de 120 días calendario.

2. Cantidad de Contratos a presentar.

Favor aclarar la cantidad de contratos u órdenes de compra a presentar.

R. Se requieren al menos tres (3) contratos de suministros similares a los solicitados de los últimos tres años.

3. Capacitación Clínica.

Favor aclarar para qué ítems aplicará la capacitación clínica. Favor aclarar cuántas capacitaciones clínicas por personal de fábrica deben impartirse, ya que: o En los DDL/ C. Preparación de las Ofertas/ Idoneidad Técnica/ Numeral 3/ Inciso c) /Pag 29, solicitan 2 capacitaciones y; o En los Criterios de Evaluación y Calificación/ Numeral 3/ Idoneidad Técnica/ Inciso 3.b / Pag 35 solicitan 1 capacitación.

R. Tanto en idoneidad técnica pág. 29 se solicita: c) en caso de ser adjudicado brindara una capacitación en aplicaciones clínica, por personal de fábrica, al personal médico del IHSS, así mismo brindara apoyo técnico al personal biomédico del IHSS, durante el periodo de validez del contrato, y en criterios de evaluación pág. 35 se solicita lo mismo antes indicado. Por lo tanto solo es una capacitación. Los ítems donde se brindará la capacitación clínica son:

DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.
 R.T.N. 08019002278310
 14 NOV 2017
 Evelin Medina
 FIRMA
 10:39 am

Carolina Aguado
 14/11/17
 a 2:00 am
MEDICAL
 RTN: 0801901252100
 TEL. 2220-0535
 LP 029-2017

Dimex Medica
RECIBIDO
 POR: *Ramon Sanchez*
 FECHA: 14/11/17

Saul Rodriguez
 14/11/2017 10:37 am
 Página 1

INHOSPIT
 14/11/17 10:50
VISION LENS
 MEDICA HONDURAS C.A.

Fernanda Lopez
 10:20 am
 14-11-17
COMERCIAL MEDICA
OMP
 10:15 AM



Desfibrilador
Monitor de signos vitales modular
Sistema de monitoreo centralizado
Ventilador mecánico
Ultrasonido Doppler
Sistema de compresión trombosis
Máquina de anestesia
Inyector Medio contraste
Ecografo
Angiografo digital

4. Tipo de Adjudicación.

Favor aclarar si la adjudicación será por lote o por partida ya que la IAO 14.7 indica que hay que cotizar el 100% del lote mientras que la IAO 36.6 indica que se puede cotizar por partidas; en el caso de ser por partida, favor aclarar si para el Lote 1. Equipos de Unidad de Cuidados Intensivos, consideramos como partidas a las nombradas como A, By C o las enumeradas como 1, 2, 3, etc.

R. Lo que se indica en las IAO como el caso 14.7 es regla general y en las IAO condiciones especiales se indica específicamente lo que se solicita. La adjudicación se hará por partidas. Hay tres lotes, el primer lote tiene tres sub componentes y sus partidas por cada uno. El lote dos tiene varias partidas y el lote 3 tiene una sola partida.

**5. LOTE 1: EQUIPOS UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
PARTIDA A: EQUIPOS UCI ADULTOS**

5. ITEM 1: CARRO DE PARO / DESFIBRILADOR

a. Desfibrilador

i. Solicitan 25 sensores de dedo reusable para SPO2, favor aclarar si requieren 25 cables troncales (1 por cada sensor).

R. Se requieren 25 sensores reusables, independientemente de la tecnología que disponga cada marca.

ii. Favor aclarar si los 25 sensores deben ser sólo para pacientes adultos.

R. Son para adultos únicamente.

b. Carro de Paro

i. Favor aclarar si es un Carro Rojo lo que solicitan o es un carro de transporte.

R. Se requiere carro de transporte.

ii. De ser Carro Rojo, podrían brindar mayores detalles sobre qué componentes deben incluirse (Porta sueros, soporte para tanque de oxígeno, etc).

R. Se mantiene lo establecido en la base de licitación.





6. ITEM 2: LÁMPARA DE EXPLORACIÓN
- i. Favor aclarar si deben incluirse mangos esterilizarles, en el caso de ser positiva la respuesta indicar la cantidad.
- R. Se deben incluir dos mangos estériles por lámpara.**
7. ITEM 4: MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA ADULTO
- a. Monitoreo de PICCO
- i. Favor aclarar si en total 7 de 7 monitores deben contener el módulo PICCO.
- R. Todos deben tener módulo PICCO.**
- ii. Favor aclarar si se deben incluir 20 Kits de consumibles de PICCO por cada monitor.
- R. Es correcto, 20 sensores PICCO por cada monitor.**
- b. Monitoreo de Mecánica Respiratoria
- i. Favor aclarar si en total 3 de 7 monitores deben contener el módulo de Mecánica Respiratoria.
- R. Es correcto, son 3 que deben incluir el módulo de mecánica respiratoria.**
- Favor aclarar si se deben incluir 10 Kits de consumibles para RM por cada monitor.
- R. Es correcto, diez por monitor (un total de 30)**
- c. Monitoreo de EEG
- i. Favor aclarar si en total 3 de 7 monitores deben contener el módulo de EEG.
- R. Es correcto.**
- ii. Favor aclarar si se deben incluir 10 Kits de consumibles para EEG por cada monitor.
- R. Es correcto.**
- d. Monitoreo de CO₂
- i. Favor aclarar si en total 7 de 7 monitores deben contener el módulo de CO₂.
- R. Es correcto.**
- ii. Favor aclarar si se deben incluir 100 Kits de consumibles para CO₂ por cada monitor.
- R. Es correcto.**
- Monitoreo de SCVO₂
- i. Favor aclarar si en total 2 de 7 monitores deben contener el módulo de SCVO₂.
- R. Es correcto**
- ii. Favor aclarar si se deben incluir 10 Kits de consumibles para SCVO₂ por cada monitor.
- R. Es correcto.**
8. ITEM 6: VENTILADOR MECÁNICO PARA ADULTO
- i. Favor indicar si se deben incluir circuito respiratorio reusable o desechable, para paciente adulto y para paciente pediátricos y en las cantidades.
- R. Son diez circuitos reusables por cada ventilador**
- ii. Favor aclarar a qué se refiere el numeral "104. Diez sondas de repuestos".
- R. Se refiere al circuito reusable de paciente.**



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

iii. Favor aclarar si se debe incluir por cada ventilador 10 sondas de repuestos.

R. Es correcto.

iv. Favor aclarar si se debe incluir por cada ventilador 10 cámaras humidificadoras.

R. Es una cámara por ventilador.

9. ITEM 7: CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS ADULTO

i. Favor aclarar el voltaje solicitado.

R. 120 VAC, 60 HZ, 1PH.

ii. Favor aclarar la duración de la batería.

R. Mínimo 4 horas.

10. ITEM 8: EQUIPO DE ULTRASONIDO ADULTOS Favor aclarar el voltaje solicitado.

R. 120 VAC, 60HZ, 1PH.

Por lo antes descrito se deberá tomar en consideración siendo de estricto apego al documento base de licitación.

Atentamente,


Dr. Richard Zablah Asfura
Dirección Ejecutiva IHSS



📁 Expediente LP 029-2017