


Oficio N° 822-DEI-IHSS-2018

Atención:  
Posibles Licitantes  
Presente.

Ref. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 003-2018 CONTRATACIÓN DE SERVICIO EN COMODATO DE HEMODIALISIS Y ADQUISICION DE INSUMOS PARA DIALISIS PERITONEAL PARA EL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)

C-41  
10/12/18  
  
PROMED S.A.

Estimados Señores;

Por este medio y en cumplimiento a lo establecido en las bases de Licitación de la referencia, de acuerdo a las cláusulas 7 Aclaración de los documentos de Licitación y 8 Enmienda a los Documentos de Licitación, se remite de manera oficial las siguientes modificaciones al Documento base de Licitación, así como aclaraciones solicitadas

1. Respecto a los equipos adicionales se solicita aclarar lo siguiente:
  - a. Especificaciones detalladas del software de monitoreo de las máquinas de hemodiálisis. Se solicita, con el mayor respeto, no colocar en sus respuestas "se mantiene lo indicado en la Base de Licitación", ya que no existe claridad en este punto y es determinante para el cálculo de la oferta a presentar.

**Respuesta:**

Ese requerimiento se canceló en enmienda No 2.

- b. Especificaciones técnicas de las computadoras que serán instaladas.


**Respuesta**

Computadora de escritorio.  
8 GB de RAM  
Procesador Intel i5 de 7ta generación  
Disco duro de 500 GB mínimo (preferible 1 TB)  
Teclado en Español  
Monitor de 21" Mínimo  
4 puertos USB mínimo  
Mouse Óptico.  
Windows 10 Professional en Español  
Mini torre preferiblemente

DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.  
R.T.N. 08019002278310  
año DIC 2018  
  
FIRMA

Proyecto  
**Americana**  
**RECIBIDO**  
  
FECHA: 10-12-18  
DICIEMBRE

DIRECCION EJECUTIVA  
IHSS



Oficio N° 822-DEI-IHSS-2018

Atención:  
Posibles Licitantes  
Presente.

Ref. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 003-2018 CONTRATACIÓN DE SERVICIO EN COMODATO DE HEMODIALISIS Y ADQUISICION DE INSUMOS PARA DIALISIS PERITONEAL PARA EL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)

Estimados Señores;

Por este medio y en cumplimiento a lo establecido en las bases de Licitación de la referencia, de acuerdo a las cláusulas 7 Aclaración de los documentos de Licitación y 8 Enmienda a los Documentos de Licitación, se remite de manera oficial las siguientes modificaciones al Documento base de Licitación, así como aclaraciones solicitadas

1. Respecto a los equipos adicionales se solicita aclarar lo siguiente:
  - a. Especificaciones detalladas del software de monitoreo de las máquinas de hemodiálisis. Se solicita, con el mayor respeto, no colocar en sus respuestas "se mantiene lo indicado en la Base de Licitación", ya que no existe claridad en este punto y es determinante para el cálculo de la oferta a presentar.

**Respuesta:**

Ese requerimiento se canceló en enmienda No 2.

- b. Especificaciones técnicas de las computadoras que serán instaladas.

**Respuesta**

Computadora de escritorio.  
8 GB de RAM  
Procesador Intel i5 de 7ta generación  
Disco duro de 500 GB mínimo (preferible 1 TB)  
Teclado en Español  
Monitor de 21" Mínimo  
4 puertos USB mínimo  
Mouse Óptico.  
Windows 10 Professional en Español  
Mini torre preferiblemente

DIRECCIÓN EJECUTIVA  
IHSS





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

Oficio N° 822-DEI-IHSS-2018

CD/DVD rw opcional

c. Especificaciones técnicas del servidor.

**Respuesta:**

No se solicita servidor, se canceló el sistema informático.

d. Especificaciones técnicas de la red de cableado.

**Respuesta:**

No será necesario hacerlo de parte del oferente.

e. Se solicita aclarar si el IHSS será el responsable de la instalación del cableado y del suministro de Internet.

**Respuesta:**

f. Es correcta apreciación.

g. Se solicita plano de distribución de red LAN requerido por el IHSS.

**Respuesta:**

h. No se requiere pues esta distribución la hará el IHSS.

i. El sistema informático es para todas las ciudades o únicamente para TEG y SPS. Favor aclarar.

**Respuesta:**

Se canceló ese requerimiento.

j. Las UPS solicitadas, es una por cada equipo o una UPS central; colocar las especificaciones técnicas.

**Respuesta:**

Es para cada computadora solicitada en los cuatro sitios.

DIRECCION EJECUTIVA  
IHSS



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

Oficio N° 822-DEI-IHSS-2018

1. Se solicita diagrama unifilar del sistema eléctrico de los hospitales de TEG y SPS, así como plano eléctrico de los centros de hemodiálisis de La Ceiba y Juticalpa. (Choluteca)



**Respuesta:**

Se anexa copia del Plano Diagrama Unifilar Sala de Hemodiálisis del Hospital de Especialidades.

Copia del Plano Diagrama Unifilar Sala de Hemodiálisis del Hospital de Regional del Norte.

Por lo antes descrito solicitamos tomar en consideración las enmiendas y aclaraciones antes indicadas, las que forman parte íntegra de la base de este proceso licitatorio.

Atentamente,

  
  
Dr. Richard Zablah  
Director Ejecutivo del IHSS

Expediente LPN 003-2018  
RZ/MA

DIRECCION EJECUTIVA  
IHSS