



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

Oficio Nº 759-DEI-IHSS-2018

viernes, 23 de noviembre de 2018

Atención: Posibles Licitantes Presente.

Ref. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 034-2018 "ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO MEDICO PARA EL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL"

Estimados Señores;

Por este medio y en cumplimiento a lo establecido en las bases de Licitación de la referencia, en la cláusula 7 Aclaración de los Documentos de Licitación, sub clausula 7.1, se remite de manera oficial la respuesta a las aclaraciones y observaciones realizadas al documento base, las mismas se describen textualmente como se

- 1. Partida No 16: EI Oximetro de Pulso ¿Puede ser de Batería? Respuesta: si puede ser de batería el oximetro de pulso, tal y como lo estipula el ítem #1 de las especificaciones técnicas.
- 2. Partida No 32: El Doppler Fetal ¿Puede ser de Batería? Respuesta: si puede ser de batería el oximetro de pulso, tal y como lo estipula el ítem #5 de las especificaciones técnicas.
- 3. Partida No 60: Compresor Dental ¿Cuántos sillones se conectarán y si estos trabajan con bombas de succión ò no?

Respuesta: la capacidad que se solicita del compresor es de Capacidad de 1.5-3 hp., tal y como lo estipula el ítem #2 de las especificaciones técnicas; los sillones trabajan con succión incluida en la unidad dental.

Partida No 62: Pieza de Mano de Alta Velocidad ¿Puede ser Push Button y que tipo de conexión será; NO DE HONBorden de 2 agujeros ò Medwest de 4 Agujeros?

S. A. DE C. Respuesta: el tipo de colocación y extracción de las fresas dentales es tradicional con un agarre de fricción (llave9, Chuck manual y saca-fresas, tal y como lo estipula el ítem #3 de DIVISIÓN MÉDISA specificaciones técnicas; la conexión requerida es BORDEN de dos agujeros.

5. Partida No 63: Pieza de Mano de Baja Velocidad con su Contrangulo: ¿Qué tipo de Conexión será; Borden de 2 agujeros ò Medwest de 4 Agujeros? Respuesta: la conexión requerida es BORDEN de dos agujeros.

Atentamente,

Dr. Richard Zabla Director Ejecutivo del His

Expediente LPN 034-2018

Dirección Ejecutiva, Edificio Administrativo del IHSS

Ext. 2001,2020

www.ihss.hn

igueroa 23-11-18.