



Tegucigalpa MDC, 11 de septiembre de 2024
Oficio N° DA-538-2024

SEÑORES
LICITACIÓN PÚBLICA LPN-MP-001-2024
Su oficina

Estimados señores:

En referencia al proceso de Licitación Pública LPN-MP-001-2024 y en atención a varias aclaraciones solicitadas, me permito comunicarle lo siguiente:

Consulta N° 1:

Tiempo de Entrega: Para tal efecto se emitió el Adendum N° 1

Consulta N° 2:

1. Solicitamos muy respetuosamente hacer llegar el formato del Formulario Lista de Precios:

No tenemos ningún formato establecido para presentar la lista de precios, los proveedores podrán presentarlo en el formato que deseen siempre y cuando contenga la información como se indica en el Numeral 21, incisos a) y b) del pliego de condiciones de la presente licitación.

2. ¿Requiere incluyamos los impuestos de importación e ISV o proporcionarán Dispensa de Impuestos de importación u Orden de compra exenta?

Los precios presentados en la presente licitación deberán incluir todos los impuestos, ya que el Ministerio Público adquiere sus bienes e insumos sin Dispensas.

Consulta N° 3: **Ítem N° 1: Medidor Multiparamétrico**

1. De que longitud requieren el cable de la sonda (4m, 10m o 20m)

Se requiere cable de 20m

2. ¿Requiere se incluya medición de Turbidez?

Si se requiere que el parámetro de turbidez este incluido.

3. ¿Requiere tenga opción a GPS?

Es un parámetro de suma utilidad y si se encuentra en los metadatos es útil como medio probatorio relacionado al punto medido con su ubicación.

Consulta N° 4: **Ítem N° 2: Espectrofotómetro**

1. ¿Requiere el Espectrofotómetro de Rango UV-VIS o solo VIS?

Se espera que se incluya el rango UV en las opciones de medición

2. ¿Requiere el espectrofotómetro portátil o de mesa?

Como se prioriza el trabajo en campo y por la inmediatez del resultado, se requeriría el equipo portátil.

Consulta N° 5: **Ítem N° 5: Medidor Multiparamétrico y Clorofila Portátil**

1. ¿Desde que solicita multiparamétrico que otros parámetros requiere analice el medidor además de la clorofila?

Se espera que se incluya: Amonio, nitratos, rodamina, calcio, sodio, clorofila a roja y clorofila a azul.

Sin otro particular, esperando contar con su presencia en el proceso licitatorio en mención, me suscribo de usted.

Atentamente,



LIC. GIOVANNI ALFREDO BULNES FLORES
Director de Administración
cc.SubDireccion de Administracion
cc.Arsh



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

**ADDENDUM N° 1
LICITACIÓN PÚBLICA N° LPN-MP-001-2024**

En relación a la Licitación Pública N° LPN-MP-001-2024 que el Ministerio Público está llevando a cabo para la compra de **“Equipo de laboratorio no médico, herramientas y repuestos mayores y equipo de comunicación”**, se emite el presente ADDENDUM N° 1, el cual modifica lo siguiente:

- 1. TIEMPO DE ENTREGA y LUGAR DE RECEPCIÓN:** *El Tiempo de entrega será de 60 días hábiles, contados a partir de la fecha de firma del contrato, sin embargo, el Ministerio Público podrá prorrogar la entrega por un máximo de 30 días calendario, si a su juicio es justificable.*

Todo lo demás permanece sin cambios.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes septiembre del año dos mil veinticuatro.



EL MINISTERIO PÚBLICO