



ADDENDUM No.4

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.13-2022-SEAF-UNAH, “ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS”

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) hace saber a los interesados en participar en la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.13-2022-SEAF-UNAH, que tiene por objeto la “ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS”, lo siguiente:

En el Pliego de Condiciones, se modifica en la SECCIÓN III – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS la siguiente partida:

PARTIDA No.8 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA DIRECCION Y COORDINACION UNAH-VALLE DE SULA

ITEM.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CANTIDAD
1.	CAMILLA DE EXAMINACIÓN MEDICA	UNIDAD	CAMILLA DE EXAMINACIÓN MEDICA: Medidas Aproximadas: largo: 1.78 mts ancho 0.58mts, y alto 0.91 mts. Tapiz en color negro, estructura metálica color marfil, cajones laterales (2)	2
2.	GRADA DE DOS PASOS	UNIDAD	GRADA DE DOS PASOS: de acero inoxidable para camilla de examen médica (con antideslizante color negro).	2
3.	ASIENTO REDONDO PARA CAMILLA GINECOLOGICA	UNIDAD	ASIENTO REDONDO PARA CAMILLA GINECOLOGICA: sin respaldar para camilla ginecológica, con esponja y forrado en cuero vinílico negro, estructura metálica color marfil, giratorio y con 4 ruedas 50mm de diámetro con giro 360.	1
4.	ESFIGMOMANÓMETRO (Para toma de presión arterial)	UNIDAD	ESFIGMOMANÓMETRO (Para toma de presión arterial): de pedestal con rodos para adulto, de 5 ruedas con freno. Incluye: manómetro, brazaletes adulto, pera con válvula y recipiente para	1

“La Educación es la Primera Necesidad de La República”



			almacenar el sistema de insuflación de fabricación almena o estadounidense.	
5.	SET DE PARED: de Oto oftalmoscopio eléctrico (Para examinar fondo de ojo y oídos)	SET	SET DE PARED: de Oto oftalmoscopio eléctrico (Para examinar fondo de ojo y oídos): de Otoscopio Oftalmoscopio eléctrico con dispensador de repuestos de cono óticos incluidos de fabricación alemana o estadounidense.	1
6.	FOCO DE REPUESTO Welch Ally	UNIDAD	FOCO DE REPUESTO Welch Ally: de 3.5 voltios, Modelo 04900 para oftalmoscopio marca Welch Ally, existente propiedad de la UNAH.	1
7.	SET DE EQUIPO DE CIRUGÍA 13 PIEZAS	SET	SET DE EQUIPO DE CIRUGÍA 13 PIEZAS: 1 tijera de mayo recta 5 ½ pulg, una tijera de mayo curva de 5 ½ pulg, fórceps mosquito de 5 pulg, una tijera quirúrgica recta 5 ½ pulg, una tijera quirúrgica curva 5 ½ pulg, un fórceps Kelly recto de 5 ½ pulg, un fórceps Kelly curvo 5 ½ pulg., porta agujas mayo 6 pulg, porta bisturí # 4, un director ranurado de 5 ½ pulg, sonda con ojo 5 pulg, una pinza de disección sin dientes 5 ½ pulg, una pinza de disección con dientes 6 pulg.	1
8.	LAMPARA DE CUELLO DE GANSO	UNIDAD	LAMPARA DE CUELLO DE GANSO: de ganso redonda con ruedas, cromada (lámpara médica exploratoria) preferiblemente luz blanca	1
9.	ESTETOSCOPIO TIPO CLASIC III	UNIDAD	ESTETOSCOPIO TIPO CLASIC III: con auriculares para médicos con yugo de refuerzo moldeado y un tubo flexible de PVC de 22 pulg. y binaurales de acero inoxidable fijados en un Angulo de 15 grados .	1

"La Educación es la Primera Necesidad de La República"



10.	CARRO DE TRATAMIENTO/ PROCEDIMIENTOS	UNIDAD	CARRO DE TRATAMIENTO/ PROCEDIMIENTOS: estructura metálica, color plateado con 4 ruedas y de una gavera con llave, sus dimensiones son 49 x 49 x 90 cm	1
11.	ESTERILIZADOR EN SECO	UNIDAD	ESTERILIZADOR EN SECO: Exterior 11 diámetro * 19.25 ancho * 14.5 de alto. Interior 8 diámetro * 14 de ancho * 6.5 de alto. Con bandeja de instrumentos grande 7.25 * 11.75 * 18.4 * 29.8 Peso de 24 libras	1
12.	MICROMOTOR Y CONTRAANGULO ODONTOLÓGICO:	UNIDAD	MICROMOTOR Y CONTRAANGULO ODONTOLÓGICO: (baja velocidad) Especificaciones: Contra ángulo metálico, conexión 2 orificios (agua/Aire) con Irrigación, Sin luz, Material del cuerpo: Acero Inoxidable.	1
13.	PIEZA DE MANO ODONTOLÓGICA:	UNIDAD	PIEZA DE MANO ODONTOLÓGICA: (alta velocidad) Especificaciones: Modelo botón (push), Luz LED Generada por presión de aire del sillón. Conexión 2 orificios (agua/aire), Spray de Agua: Spray Simple, Material del Cuerpo: Acero Inoxidable Presión de Aire Sugerida: 25-30Psi	1
14.	ULTRASONIDO DENTAL:	UNIDAD	ULTRASONIDO DENTAL: Usos: Eliminación de sarro supragingival y subgingival. remoción de placa bacteriana. Eliminación de manchas extrínsecas. Profilaxis en procedimientos quirúrgicos, Especificaciones: Voltaje 115V GEN-130, Corriente 0,8 amps @ 115V (80VA), Frecuencia 50/60 Hertz, 25,000 ciclos, Cable del irrigador bucal: 96plug, Cable del pedal de control: 96 plug, Cable	1

"La Educación es la Primera Necesidad de La República"



			eléctrico: 96plug, Manguera de entrada de agua:96plug, Para puntas 25K	
15.	PUNTA DE ULTRASONIDO:	UNIDAD	PUNTA DE ULTRASONIDO: (Inserto para ultrasonido), 25KHz, irrigación Interna.	2

TODA LA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ PRESENTARSE DEBIDAMENTE FOLIADA, FIRMADA Y SELLADA”.

El presente Adendum pasa a formar parte del Pliego de Condiciones; así mismo, todas las demás instrucciones, condiciones y especificaciones técnicas contenidas en dicho Pliego de Condiciones permanecen en vigencia.

Ciudad Universitaria 30 de noviembre del 2022.



LUIS ALONSO CUESTAS ZUNIGA
JEFE DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES MAYORES
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CA/LAC

“La Educación es la Primera Necesidad de La República”