



**CIRCULAR ACLARATORIA A LAS CONSULTAS FORMULADAS DEL
DOCUMENTO DE PLIEGO DE CONDICIONES**

Ref.: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-UNAG-GC-2025-005 “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES DE LABORATORIOS PARA CENTROS INTEGRALES DE PRODUCCIÓN Y SUS LABORATORIOS PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.



PRIMERA PREGUNTA “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTIDA # 2 “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES DE LABORATORIOS PARA CENTROS INTEGRALES DE PRODUCCIÓN Y SUS LABORATORIOS PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA” (FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS). **ITEM No 14: Equipo extractor de grasa Soxhlet de 6 posiciones (temperatura máxima 450 °C; 6 cuerpos extractores esmerilado 29/32 y 55/44 CONSULTA: ¿A que temperatura hacen la extracción de grasa? CONSULTA: Se permite que se oferte un modelo cuya juntura sea diferente ejemplo 24/40 y temperatura entre 300 y 320 °C?”**



Respuesta: En relación a su pregunta, ITEM N°14: Equipo extractor de grasa Soxhlet. Se aceptará la que se oferta, el modelo cuya juntura es 24/40 y temperatura entre 300 y 320 °C.

SEGUNDA PREGUNTA “PARTIDA # 4 “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES DE LABORATORIOS PARA CENTROS INTEGRALES DE PRODUCCIÓN Y SUS LABORATORIOS PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA” (FACULTAD CIENCIAS). **ITEM NO 12: Aparato de destilación Kenjdall. CONSULTA: ¿Este Destilador lo requiere para Alcohol o para Nitrógeno?”**

Respuesta: Se requiere para determinar contenido de Nitrógeno total en muestras orgánicas e inorgánicas, especialmente en alimentos y productos agrícolas, aguas, suelos, etc.

Se firma la presente Circular Aclaratoria.



Lic. Paola Martínez
Especialista en licitaciones



Gerardo Rafael Moya Izaguirre, MS. C
Gerente Administrativo Financiero