

**FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA**  
Tegucigalpa, M. D.C. Honduras, C. A.

**ACLARATORIA Nº 2**  
**No. 2016-0004-ADQ-FAHM**  
**15 de agosto de 2016**

Estimados Señores Oferentes;

Por este medio les adjuntamos distintas interrogantes que se han presentado durante el proceso **LPI-002-2016-FAHM Adquisición de Equipo Médico y Accesorios**, por parte de los oferentes:

**LOTE Nº 1**

**Item 4: Arco en C**

En relación al numeral 38 Debe cumplir con las dimensiones adjuntas ver archivo en imagen. ¿Puede cambiarse el requerimiento "Debe cumplir con las dimensiones adjuntas a "Preferiblemente debe cumplir con las dimensiones adjuntas"? esto considerando que cada casa comercial posee equipos con características similares, pero con dimensiones diferentes. Por favor considerar.

**R// No se puede hacer el cambio. Esto porque esas medidas son las que hacen que el arco en C pueda trabajar junto al Litotriptor. Las medidas que se adjuntan en la base se deben de cumplir.**

**LOTE Nº 1**

**Item 8: Maquina de anestesia para resonancia**

En relación a la especificación numeral 5 Monitoreo, las especificaciones proporcionadas corresponden a un monitor de signos vitales que también esa solicitado como un equipo individual en esta misma licitación en el ítem 5. Por favor aclarar si se requiere una máquina de anestesia con el monitor incluido para el ítem 8 o se manejará el monitor como un equipo separado en el ítem 5.

**R// Se manejarán como equipos separados.**

**LOTE Nº 1**

**Item 8: Maquina de anestesia para resonancia**

En relación a la especificación del numeral 6.13 Tres adaptadores por cada vaporizador ¿Se refiere a adaptadores para realizar el proceso de llenado del vaporizador con el agente anestésico? Por favor aclarar de manera precisa.

**R// En efecto, cuando mencionamos adaptadores de carga nos referimos a los utilizados para el llenado del vaporizador con el gas anestésico.**

**LOTE Nº 1**

**Item 10: Ultrasonido**

En relación a la especificación del numeral 2 Modos de Operación, hacen referencia a un tipo Doppler PDI ¿Se refiere a la modalidad denominada Doppler Tisular (TDI)? Por favor aclarar de manera precisa.

**R// El Doppler PDI se refiere a Imagen por Doppler Poder.**

**LOTE Nº 1**

**Item 10: Ultrasonido**

En relación a la especificación del numeral 2 Modos de Operación, hacen mención de Modo de Volumen (3D/4D), pero en el listado de transductores no solicitan transductor convex volumétrico con el que puedan adquirir imágenes 3D/4D, ¿Podrían eliminar dicha función de las especificaciones?

**R// No se elimina esta función en las especificaciones en vista que se solicita este modo con la idea que a futuro con la apertura de nuevas especialidades solo se necesite adquirir el transductor.**

**LOTE Nº 1**

**Item 10: Ultrasonido**

En relación a la especificación del numeral 45 Debe contar con certificados CE, ISO, UL, EN 60601 para equipos y dispositivos médicos. ¿Es necesario presentar todos los certificados solicitados o se acepta presentar uno solo de ellos o los que apliquen? Por favor aclarar de forma precisa.

**R// Se debe presentar todos los certificados, en caso de equipos americanos se aceptará certificado del FDA, NEMA**

**LOTE Nº 1**

**Item 10: Ultrasonido**

En relación a la especificación del numeral 23 solicitan “Gabinete con espacio para guardar accesorios”. Por favor aclarar exactamente a que se refieren con esta solicitud, el ultrasonido trae una bandeja que es lo que normalmente se usa para poner o guardar accesorios.

**R// Se solicita que el equipo tenga un espacio destinado para ubicar el cabezal de los transductores, gel y otros accesorios que pueda utilizar el médico.**

**LOTE Nº 1**

**Item 10: Ultrasonido**

En relación a la especificación del numeral 46 Garantía mínima de 24 meses. ¿Debe ofertarse esa garantía dentro del precio del equipo o por separado como extensión de garantía ya que el tiempo de garantía de los equipos de ultrasonido es generalmente de 12 meses? Por favor aclarar de forma precisa.

**R// Se deberá de presentar por separado como extensión de la garantía.**

**LOTE Nº 1**

**Item 10: Ultrasonido**

En relación a la especificación del numeral 49 Debe contar con los manuales de usuario y de mantenimiento en forma física y digital, en idioma castellano. ¿Estos manuales deberán ser entregados con la presentación de la oferta o al momento de la entrega de los equipos en el sitio? Por favor aclarar de forma precisa

**R// Los manuales deberán ser entregados al momento de la entrega del equipo en el sitio.**

IAO 14.7 SECCION II. Datos de la Licitación (DDL) – C. Preparación de las Ofertas – IAO 14.7: La adjudicación se realizará de la siguiente manera: Lote No. 1 por Items que cumplan con las especificaciones técnicas y cuenten con los requisitos solicitados en esta base de licitación.

¿Se pueden ofertar los ítems por separado o debe presentarse el lote completo?

**R// Favor remitirse a las IAO 14.7 donde se menciona que la adjudicación se realizara de la siguiente manera: Lote N 1 por Ítems que cumplan con las especificaciones técnicas y cuenten con los requisitos solicitados en esta base de licitación. Lote Nº2 y Nº3 se realizará adjudicación por LOTE completo que contenga el 100 % de los items especificado en cada Lote y que cumpla con las especificaciones Técnicas solicitadas en esta base de licitación.**

**Lote N°3: Accesorios de la Bomba Extracorporea**

¿Cuál es la Marca y Modelo de la Bomba Extracorporea para la que están solicitando dichos accesorios?

**R// Marca SORIN, Modelo S5 favor remitirse a la página 112 de los Documentos de Licitación.**

**Extensión tiempo de entrega de los Equipos**

En el pliego de Licitación hacen mención que el tiempo de entrega es de 60 a 90 días, cuyo rango es insuficiente para poder proporcionar equipos de alta complejidad como Cabinas de Flujo Laminar, Arcos en C entre otros. Deben de considerar tiempo de fabricación, traslado marítimo, ingreso y trámites aduaneros. Por lo que se solicita una extensión de tiempo de entrega de por lo menos 120 días hábiles.

**R// Consideramos que 90 días es tiempo suficiente para la entrega.**

**Por favor nos pueden ayudar aclarando las siguientes consultas, con respecto al Ítem # 9 – Monitor de Signos Vitales para Resonancia**

Especificación técnica # 20: piden disminución de alarmas al verificar la frecuencia cardiaca con la presión no invasiva pero NO piden presión invasiva en los parámetros medidos? Por favor aclarar.

**R// Se debe de verificar datos entre Frecuencia Cardiaca, Saturación de Oxígeno y Presión No Invasiva.**

2. Especificación técnica # 44: piden tendencias de 24 horas y las ultimas 20 medidas de CO y 10 pulmonares. ¿Por favor ayudarnos con más detalles sobre a qué se refiere con esta especificación? ¿Se refieren a Gasto Cardiaco? aunque eso no lo piden, por favor aclarar.

**R// Son especificaciones técnicas ilustrativas para la capacidad de almacenaje requerida.**

**Por favor nos pueden ayudar aclarando las siguientes consultas, con respecto al Ítem # 4 – Arco en C**

Especificación técnica # 29: es posible confirmar si una impresora de video tipo Sony es opción aceptable?

**R// No es una opción aceptable, se tiene que cumplir con lo que se solicita.**

Especificación técnica # 34: es posible ser más específico/favor aclarar qué clase de compatibilidad requieren?

**R// Se requiere compatibilidad funcional y de movimientos con el Litotriptor descrito en las especificaciones, por favor remitirse a la página 77 de los Documentos de Licitación.**

Especificación técnica # 39 (en hoja de diseño de Arco), es posible modificar la especificación de profundidad de arco a que indique 60 cm o mayor?

**R// No es posible modificar esas especificaciones.**

**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**