



**Licitación Pública Internacional LPI No 001-2015-FAHM
Adquisición del Servicio de Hemodiálisis y Diálisis Peritoneal en forma de Comodato para
el Hospital María, Especialidades Pediátricas**

FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA
Tegucigalpa, M. D.C. Honduras, C. A.

ACLARATORIA Nº 3
30 de julio de 2015

Señores Oferentes:

Por este medio adjuntamos distintas interrogantes que se ha presentado durante el proceso LPI-001-2015-FAHM, por parte de los oferentes:

- 1. En el lote no. 1; según el número de máquinas y el Kit para poder consumir en el primer año los 1,080 kit solicitados, se ocupan 2 meses y $\frac{1}{2}$ y los años subsiguientes ocuparían 11 máquinas de conexión continua más (+) 1 maquina portátil para aislados, UCI/ agudo y esto no cubre a 2 conexiones por día, Favor aclarar.**

R/ Se aclara que para el primer año se tiene programado 3 meses de atención, para los años siguientes se tiene programado 12 meses de atención, de acuerdo al número de sesiones proyectadas, se indica que este número de sesiones abarca la cantidad de pacientes renales que tendrá el servicio de nefrología del Hospital; así mismo se aclara que para los años 2016, 2017 y 2018, el número de máquinas fijas es 10 y 1 portátil.
- 2. Según aclaratoria No. 2 pregunta No. 7 Referencia al equipo desechable para maquina automatizada tipo cassette de plástico transparente rectangular y 4 accesorios para conexión de bolsas. Favor confirmar si la cantidad solicitada de 330 unidades es la correcta ya que en la respuesta a la pregunta No. 7 lo que el hospital está contratando sesiones completas, al mismo tiempo favor indicarnos que insumos requiere para cada sesión.**

R/ Se aclara que una sesión comprende la conexión de un paciente por una duración de 8 horas (aproximadamente), en la cual se utiliza un promedio de 4 bolsas y un cassette; por lo que las cantidades enunciadas en la Base de Licitación son las correctas.
- 3. En la enmienda no. 1 con la aclaratoria No. 5 Deberá ser capaz de proporcionar un caudal para alimentar 10 máquinas de hemodiálisis como mínimo (aproximadamente 18l/min). Favor aclarar que si se modifica la cantidad de máquinas, el caudal de agua debe modificarse y tiene que ir acorde al número de máquinas a utilizar.**

R/ El caudal 18l/min es de acuerdo al número de máquinas conectadas (10) más un porcentaje de seguridad de 10% arriba del valor nominal.

Se aclara que el crecimiento de este servicio para los próximos 3 años será nulo, por ende la maquina deberá tener la capacidad enunciada anteriormente.



Licitación Pública Internacional LPI No 001-2015-FAHM
Adquisición del Servicio de Hemodiálisis y Diálisis Peritoneal en forma de Comodato para el Hospital María, Especialidades Pediátricas

4. **Considerando que solicitan solución sin potasio y con potasio, favor aclarar que cantidades requieren de cada uno.**

R/ Se aclara que para Solución acida concentrada para diálisis con o sin potasio con concentración de calcio variable de 2.5 a 3.5 Meq/L se requiere el 20% del total solicitado sin potasio. Es decir:

Año 2015, 216 sin potasio y 864 con potasio = 1,080

Año 2016, 1,123 sin potasio y 4,493 con potasio = 5,616

Año 2017, 1,123 sin potasio y 4,493 con potasio = 5,616

Año 2018, 1,123 sin potasio y 4,493 con potasio = 5,616

5. **Solicitamos que se amplíe el tiempo de entrega de ambos lotes de 60 a 90 días.**

R/ Se mantiene el tiempo de entrega estipulado en la Base de Licitación.

6. **Según las bases de la licitación en la página No. 73 Inciso No. 7, favor especificarnos si estas normas pertenecen a la AAMI o son Laboratorios Nacionales. Ya que según nuestra experiencia los Laboratorios Nacionales no cuentan al 100% con estas normas.**

R/ Se aclara, nuevamente, que lo que se requiere es que **EL AGUA** cumpla con las características fisicoquímicas que recomienda la AAMI.

7. **Partiendo de algunas respuestas que no han sido despejadas con claridad, Solicitamos que se convoque a una reunión, para no atrasar el proceso de licitación y presentar una mejor propuesta.**

R/ Todas las preguntas debían ser enviadas por escrito en el tiempo estipulado para aclaratorias.

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES