



Fundación Amigos del Hospital María

Licitación Pública Nacional LPN-03-2017-FAHM

Adquisición de Equipo de Medicina Nuclear para el Hospital María, Especialidades
Pediátricas (HMEP)

ACLARATORIA No.1

027-2017-ADQ-FAHM

07 de abril de 2017

Estimados Oferentes;

Por este medio les enviamos respuesta a distintas interrogantes que se han presentado durante el proceso de licitación **LPN-03-2017-FAHM Adquisición de Equipo de Medicina Nuclear para el Hospital María, Especialidades Pediátricas (HMEP)**; por parte de los oferentes:

1. En la Sección VI. Lista de Requisitos, 3. Especificaciones Técnicas del Item No 1 Basurero Plomado, Numeral 4 indica: Con proteccion de 0.25'' de plomo como minimo en todas sus paredes. *Respetuosamente solicitamos reconsiderar y modificar esta especificación técnica a 0.125'' de plomo ya que es el grosor normalmente usado para este ítem en los departamentos de medicina nuclear.*

R// Se aceptará el grosor de 0.125'' de plomo.

2. En la Sección VI. Lista de Requisitos, 3. Especificaciones Técnicas del Item No 2 Calibrador de dosis (Activimetro), Numeral 3 indica: Debe contar con teclado, pantalla y cámara de iones. *Favor indicar si es posible ofertar este equipo con pantalla táctil en vez de teclado.*

R// Se acepta ofertar la pantalla táctil, ya que en la pantalla debe estar el teclado.

3. En la Sección VI. Lista de Requisitos, 3. Especificaciones Técnicas del Item No 3 Campana Plomada con Sistema de Extracción de Gases , Numeral 4 indica: Ventana de vidrio translucido grosor de 0.75'' como mínimo que funcione a tres posiciones con protección de plomo. *Respetuosamente solicitamos reconsiderar y modificar esta especificación técnica a 0.375'' de grosor ya que es el grosor normalmente usado para este ítem en los departamentos de medicina nuclear.*

R// Se acepta el grosor de 0.375'' de plomo.





Fundación Amigos del Hospital María

4. En la Sección VI. Lista de Requisitos, 3. Especificaciones Técnicas del Item No 8 Fantoma Rectangular Con Incorporación de Material Radioactivo Para Medicina Nuclear , Numeral 7 indica: Debe de venir con software de aplicación y análisis de datos

Favor indicar o ampliar la información del software de aplicación y análisis de datos

R// El software que se solicita es dedicado al Fantoma y permite hacer análisis cuantitativos y cualitativos de las imágenes de medicina nuclear tanto dinámicas como estáticas, permite medir uniformidad y linealidad del sistema de medicina nuclear.

5. En la Sección VI. Lista de Requisitos, 3. Especificaciones Técnicas del Item No 18 Contenedor para Transportar Jeringas , Numeral 5 indica: Protección plomada laterales, parte superior e inferior mínimo de 0.25´

Respetuosamente solicitamos reconsiderar y modificar esta especificación técnica a 0.125´´ de plomo ya que es el grosor normalmente usado para este ítem en los departamentos de medicina nuclear

R// Se acepta el grosor de 0.125´´ de plomo.

6. En la página 56 de la bases de Licitación, tabla 1. Lista de Bienes y Plan de Entregas, indica: Fecha límite de entrega para el No. de Artículo 3 Campana Plomada Con Sistema de Extracción de Gases 90 días.

Respetuosamente solicitamos reconsiderar y modificar la fecha límite de entrega para este artículo a 140 días ya que es un ítem que se fabrica especialmente para cada sitio en particular.

R// Se extenderá el tiempo de entrega únicamente para el **ítem (3) Campana Plomada Con Sistema de Extracción de Gases**, la nueva fecha límite de entrega será de 120 días, tiempo prudencial para la entrega, para todos los demás ítems el tiempo de entrega no se modifica, se enviará enmienda.

Atentamente

Unidad de Adquisiciones

