

Enmienda al Documento de Comparación de Precios

CP/GRT HE-13210-HO/BIENES/048-2013

Compra de Equipo Médico para Clínicas y Hospitales - Equipo Complementario en el marco del "Programa de Salud Meso América 2015"

Se realiza la siguiente Enmienda:

Sección III Lista de Bienes y Especificaciones Técnicas, numeral 3 Especificaciones Técnicas

Se leía antes:

Ítem 2.9

NOMBRE DEL EQUIPO	MICRO-NEBULIZADOR
CANTIDAD	7
MARCA	
MODELO	

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Especificaciones mínimas solicitadas	CUMPLE	NO CUMPLE	Comentarios adicionales
Con control electrónico			
Con capacidad de aerosol			
Para ser conectado 120 VAC, 60 HZ.			
Debe incluirse todos los accesorios: Manual Operativo, Mascarilla para adulto y niño, tubos de conexión.			
Método de operación: Vibración ultrasónica.			
Frecuencia entre 20-50 Hz.			
Volumen de receptáculo entre 2 a 10 ml.			
Garantía: 1 año.			

Enmienda al Documento de Comparación de Precios

CP/GRT HE-13210-HO/BIENES/048-2013

Compra de Equipo Médico para Clínicas y Hospitales - Equipo Complementario en el marco del "Programa de Salud Meso América 2015"

Se leerá ahora:

Ítem 2.9

NOMBRE DEL EQUIPO	NEBULIZADOR
CANTIDAD	7
MARCA	
MODELO	

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Especificaciones mínimas solicitadas	CUMPLE	NO CUMPLE	Comentarios adicionales
Con control electrónico			
Con capacidad de aerosol			
Para ser conectado 120 VAC, 60 HZ.			
Debe incluirse todos los accesorios: Manual Operativo, Mascarilla para adulto y niño, tubos de conexión.			
Método de operación: Compresor entre 30 y 35 PSI			
Partículas: 0-5 micrones			
Volumen de receptáculo entre 2 a 10 ml.			
Garantía: 1 año.			