



Programa de Fortalecimiento de la Gestión y Oferta Descentralizada de los Servicios de Salud
Préstamo N° BID/2418/BL-HO

ACLARATORIA N° 3

LPI: LPI/BIENES/GESALUD/2418/001/2013

Equipo Crítico para Hospitales beneficiados con el Préstamo 2418/BL-HO GESALUD.

Por este medio adjuntamos diferentes consultas realizadas por los oferentes:

- 1. En página 19 de bases numeral 15.1 y 15.2 aparece el tipo de moneda a ofertar VARIABLE y en la página 40 en clausula IAO 15.1 dice que el oferente está obligado a cotizar en LEMPIRAS, ¿Cuál es el tipo de moneda a ofertar?**

R/ La Moneda a Ofertar es la indicada en la Cláusula IAO 15.1 Lempiras.

- 2. Esta licitación por tratarse de préstamos con el BID está exenta de impuestos que se pagan según la ley en Honduras?**

R/ No está exenta de impuestos, favor detallar los mismos en el Lista de Precios: Bienes de origen fuera del País del Comprador Previamente Importados (Pág. 57) columna 10 o Lista de Precios: Bienes de origen en el País del Comprador (Pág. 58) columna 8.

- 3. En el llamado a licitación en el inciso 3 aparece que el plazo máximo de entrega de los equipos es de 30 días y en la página 74 de las bases en LISTA DE BIENES Y PLAN DE ENTREGAS aparece 2 fechas de entrega, cual es la tiempo de entrega de los bienes una vez adjudicados?**

R/ El llamado a licitación en el inciso 3 se refiere al plazo para entrega de las ofertas 30 días calendario, en la base de licitación página 74 Lista de Bienes y Plan de Entrega aparecen dos fechas Fecha más Temprana de Entrega 30 días calendario, la fecha límite de entrega 60 días calendario y se deja un espacio para que el oferente nos indique su fecha de entrega dentro del rango que se solicita (no puede pasar de 60 días calendario).

- 4. Si se oferta en moneda extranjera cual será el tipo de cambio al momento del pago de parte del comprador?**

R/ La Moneda a Ofertar es la indicada en la Cláusula IAO 15.1 Lempiras



Programa de Fortalecimiento de la Gestión y Oferta Descentralizada de los Servicios de Salud
Préstamo N° BID/2418/BL-HO

ACLARATORIA N° 3

LPI: LPI/BIENES/GESALUD/2418/001/2013

Equipo Crítico para Hospitales beneficiados con el Préstamo 2418/BL-HO GESALUD.

5. Especificar las leyes que utilizaran para el cálculo de multas en caso de incumplimiento?

R/ Ver las Condiciones Especiales del Contrato pág. 127 CGC 10.2

6. En el caso del respaldo de baterías de 4 horas, se refieren a un respaldo externo? Ya que esto llevaría a la implementación de un sistema más complejo de inversor y banco de baterías para un respaldo de 4 HORAS.

R/ Es un sistema de respaldo de la parte de funcionamiento electrónica del ventilador, se requiere una UPS con autonomía de al menos 1 hora; en ningún caso se solicita un sistema de inversión de voltaje

7. Que relevancia tiene la duración de batería a 4 horas ya que ningún ventilador del mercado puede ventilar por 4 Horas y ser capaz con la misma autonomía de energía poder hacer funcionar el compresor.

R/ Un ventilador puede funcionar 24 horas / 7 días a la semana, a lo que se refiere la especificación técnica es a un sistema de UPS con autonomía de al menos 1 hora, para funcionamiento de componentes electrónicos y de monitoreo ventilatorio del paciente; el compresor no se debe incluir en este respaldo.

8. Por favor informarnos si requieren que los ventiladores vengan con compresor de aire incorporado y batería que apoye al ventilador? Esto es una especificación muy importante considerando si desean movilizar al paciente conectado al ventilador internamente en el hospital, en su respuesta tomar en cuenta que esto incrementa el costo del equipo.

R. El ventilador debe incluir un compresor de aire que sea de respaldo en caso de falla en el suministro de la red de gases del hospital o en caso de traslado.



Programa de Fortalecimiento de la Gestión y Oferta Descentralizada de los Servicios de Salud
Préstamo N° BID/2418/BL-HO

ACLARATORIA N° 3

LPI: LPI/BIENES/GESALUD/2418/001/2013

Equipo Crítico para Hospitales beneficiados con el Préstamo 2418/BL-HO GESALUD.

9. Los Hospitales Catarino Rivas y Hospital de Occidente cuentan con una red de aire para conectar los ventiladores? Si no cuentan con red de aire tendrían que solicitar que los ventiladores vengan con compresor incorporado para que pueda funcionar sin conexión a red de aire, tomar en cuenta que esto incrementa el costo del equipo.

R. Ambos hospitales cuentan con red de suministro de gases, sin embargo, el compresor siempre se solicita, pero como respaldo en caso de fallas en la red.

10. Solicitamos se permita que la pantalla de los Ventiladores pueda estar en el rango de 10" a 17", esto para no ser Limitante en las especificaciones es y permitir que varias empresas puedan cotizar.

R. Ajustarse a lo especificado en los DDL.

11. Dentro de los Parámetros Visualizados en Pantalla que solicitan NO están solicitando C02 sin embargo dentro de las Alarmas si piden Alarma por C02 bajo o alto. Si desean la alarma tendrían que incluir este parámetro que encarece el costo del equipo, si no lo desean, por favor eliminar la especificación de la Alarma de C02 bajo o alto, o de lo contrario incluir en los Parámetro Visualizados en Pantalla el C02.

R. Incluir opción de monitoreo de CO2 con sus alarmas y parámetros correspondientes