



**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 25-2016-HEU-AEME " ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, PARA EL AÑO 2016"**

**ACLARATORIA No.1**

El Hospital Escuela en aplicación de los Artículos 38 la Ley de Contratación del Estado y 105 de su reglamento, por este medio a los oferentes que adquirieron los Pliegos de Condiciones para **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 25-2016-HEU-AEME " ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, PARA EL AÑO 2016"**.- En referencia a las preguntas y solicitud de aclaraciones realizadas al presente proceso, hace saber lo siguiente:

**PREGUNTA NÚMERO UNO (1)**

En referencia a la Sección II, especificación técnica de partida número 1 máquinas de rayos x portátil en los parámetros de operación y/o componentes, específicamente para el generador de rayos X, consideramos que por tratarse de un equipo destinado para el área de neurocirugía donde se requiere una gran cantidad de horas de uso y equipos con alta capacidad de funcionamiento. Tomando como base este alto funcionamiento ¿se puede aumentar la capacidad del generador de rayos X a mayor de 25 kw?

**RESPUESTA/= Ver "ADENDUM NO. 1"**

**PREGUNTA NÚMERO DOS (2)**

En referencia a la Sección II, especificación técnica de partida número 1 máquinas de rayos x portátil en los parámetros de operación y/o componentes, se solicita aclarar ¿A qué se refiere con sistema optimizado de fácil transporte?

**RESPUESTA/= Ver "ADENDUM NO. 1"**

**PREGUNTA NÚMERO TRES (3)**

En referencia a la Sección II, especificación técnica de partida número 1 máquinas de rayos x portátil ¿Debe incluirse batería de respaldo para este equipo?

**RESPUESTA/= Ver "ADENDUM NO. 1"**

**PREGUNTA NÚMERO CUATRO (4)**

En referencia a la Sección II, especificación técnica de partida número 1 máquinas de rayos x portátil, consideramos que estos equipos generan una gran cantidad de calor y muchas

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 25-2016-HEU-AEME " ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO  
PARA EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO,  
PARA EL AÑO 2016"**

áreas del hospital no se encuentran climatizadas, ¿Cómo piensa el hospital solventar el recalentamiento del equipo?

**RESPUESTA/= Ver "ADENDUM NO. 1"**

**PREGUNTA NÚMERO CINCO (5)**

En referencia a la Sección II, especificación técnica de partida número 1 máquinas de rayos x portátil, se solicita aclarar las dimensiones de la estación de trabajo integrada y características del receptor digital.

**RESPUESTA/= Ver "ADENDUM NO. 1"**

**PREGUNTA NÚMERO SEIS (6)**

Referencia(s) del Pliego de Condiciones: Página 26/53, "Especificaciones Técnicas"  
¿Se debe entender que se puede cotizar parcialmente por uno o varias "Partidas" de acuerdo al a los rubros que pueda ofrecer el Licitante?, favor aclarar de manera precisa

**RESPUESTA/=** Se puede ofertar por partida individual o por el total de las partidas objeto de esta Licitación.

**PREGUNTA NÚMERO SIETE (7)**


**Partida 1. Máquina de Rayos X Portátil.**

¿Es posible eliminar la opción de DICOM QUERRY/RETRIEVE? ... consideramos que esta licencia no tiene utilidad en equipos portátiles.

**RESPUESTA/= Ver "ADENDUM NO. 1"**

**Nota:** La fecha y hora de recepción de ofertas se mantiene para MARTES 13 DE DICIEMBRE 2016, la hora límite de recepción de ofertas será a las NUEVE Y CINCUENTA DE LA MAÑANA (9:50 A.M.), hora oficial de la Republica de Honduras, acto seguido se procederá a la apertura de los sobres que contengan las ofertas a las 10:00 a.m.

**Tegucigalpa D.C., 06 de diciembre del 2016.**

  
**ABOGADA HENRY FUENTES**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS**  
**HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO**

